

Code No. 01-0027

## 製品規格書

### 無水酢酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
純度 $[(CH_3CO)_2O]$	質量分率97.0%以上
不揮発物	質量分率0.003%以下
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率5ppm以下
銅(Cu)	質量分率1ppm以下
鉛(Pb)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率0.02%以下

JIS K 8886:2008  
(\*:当社追加項目)