

Code No. 01-0028

製品規格書

無水酢酸

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
塩化物(Cl)	0.001%以下
りん酸塩(PO4)	0.005%以下
硫酸塩(SO4)	0.001%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	0.04%以下
含量	93.0%以上