

Code No. 01-0134

## 製品規格書

### アリルアルコール

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.846～0.856g/ml
水分	0.3%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上