

Code No. 01-0187

製品規格書

塩化アルミニウム六水和物

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	2.2以上
硫酸塩(SO ₄)	0.02%以下
重金属(Pbとして)	0.002%以下
鉄(Fe)	0.003%以下
含量	97.0%以上