

Code No. 01-0296

製品規格書

炭酸アンモニウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末又は塊
純度(NH ₃ として)	質量分率30.0%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
塩化物(Cl)	質量分率3ppm以下
硝酸塩	試験適合
硫黄化合物(SO ₄ として)	質量分率0.002%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率0.001%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.001%以下
カリウム(K)	質量分率5ppm以下
銅(Cu)	質量分率1ppm以下
マグネシウム(Mg)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
亜鉛(Zn)	質量分率0.002%以下
鉛(Pb)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率4ppm以下

JIS K 8613:2021(*:当社追加項目)