

Code No. 01-0300

製品規格書

塩化アンモニウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.05%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.5～6.0
硝酸塩	試験適合(NO3:約0.005%以下)
りん酸塩(PO4)	5ppm以下
硫酸塩(SO4)	0.002%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	5ppm以下
含量	98.5%以上