

Code No. 01-0344

製品規格書

硫酸アンモニウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	4.5~6.0
塩化物(Cl)	0.002%以下
硝酸塩	試験適合
りん酸塩(PO4)	0.001%以下
重金属(Pbとして)	0.002%以下
ひ素(As)	5ppm以下
鉄(Fe)	0.001%以下
含量	99.0%以上