

Code No. 01-0421

製品規格書

アントラセン

標準品

試験項目	規格値
外観	試験適合
トルエン溶状	試験適合
融点	216~218°C
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上