

Code No. 01-0510

製品規格書

25%アンモニア水

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
炭酸塩(CO ₃)	10ppm以下
塩化物(Cl)	0.3ppm以下
けい酸塩(SiO ₂ として)	0.5ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	2ppm以下
ナトリウム(Na)	5ppb以下
銅(Cu)	2ppb以下
マグネシウム(Mg)	0.1ppm以下
カルシウム(Ca)	2ppb以下
亜鉛(Zn)	0.1ppm以下
カドミウム(Cd)	0.01ppm以下
水銀(Hg)	0.5ppb以下
鉛(Pb)	2ppb以下
クロム(Cr)	5ppb以下
鉄(Fe)	2ppb以下
ニッケル(Ni)	2ppb以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	8ppm以下
濃度(NH ₃)	25.0～27.9%