

Code No. 01-0673

製品規格書

硫酸アンモニウム

酵素精製用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	5.0～6.0
銅(Cu)	0.2ppm以下
マグネシウム(Mg)	0.1ppm以下
カルシウム(Ca)	0.2ppm以下
亜鉛(Zn)	0.1ppm以下
カドミウム(Cd)	0.1ppm以下
鉛(Pb)	0.3ppm以下
砒素(As)	0.1ppm以下
マンガン(Mn)	0.05ppm以下
鉄(Fe)	0.2ppm以下
ニッケル(Ni)	0.2ppm以下
含量	99.5%以上