

Code No. 01-0737

製品規格書

0.2w/v%アゾバイオレット・ベンゼン溶液

非水滴定用

試験項目	規格値
外観	黄赤褐色、澄明～ほとんど澄明の液体
吸収極大波長	405～415nm
吸光度(1→400, 410nm)	0.35～0.48
非水滴定適合性	試験適合