

Code No. 01-0824

製品規格書

アンモニア標準液 (0.2 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ 水溶液)

悪臭物質試験用

試験項目	規格値
外観 濃度(20°C)	無色透明の液体 0.19~0.21 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$