

Code No. 01-1194

製品規格書

活性炭埋蔵シリカゲル

ダイオキシン類分析用

試験項目	規格値
外観	黒灰色～黒色、顆粒～微粒
かさ密度	0.3～0.6g/ml
乾燥減量(105℃)	10.0%以下
ダイオキシン類分析適合性(1)	試験適合
ダイオキシン類分析適合性(2)	実績値集積のうえ、規格化する