Code No. 01-1247

製品規格書

アセトニトリル

島津タンパク質一次構造分析装置用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
吸光度(200nm)	0.05以下
吸光度(220nm)	0.02以下
吸光度(225～400nm)	0.01以下
水分	0.02%以下
アルデヒド(CH3CHOとして)	0.5ppm以下
過酸化物(H2O2として)	0.1ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上

改訂日: 2022.04.01