

Code No. 01-1383

製品規格書

37%アセトニトリル溶液

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
比重(20/20℃)	0.925～0.930
吸光度(210nm)	0.25以下
吸光度(220nm)	0.15以下
吸光度(230nm)	0.06以下
吸光度(250～400nm)	0.01以下
アルデヒド(CH ₃ CHOとして)	1ppm以下
過酸化水素(H ₂ O ₂ として)	0.1ppm以下
高速液体クロマトグラフィー試験	試験適合
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
酢酸(CH ₃ COOH)	5.6～6.1mmol/l
濃度(比重より)	36.0～38.0%