

Code No. 01-1485

製品規格書

6種アルデヒド化合物混合標準液 (各 $0.1 \mu\text{g}$ アルデヒド/ μL 酢酸エチル溶液)

悪臭物質試験(GC)用

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
実用試験	試験適合
アセトアルデヒド-DNPH	$0.494\sim0.524 \mu\text{g}/\mu\text{L}$
プロピオンアルデヒド-DNPH	$0.398\sim0.422 \mu\text{g}/\mu\text{L}$
イソブチルアルデヒド-DNPH	$0.340\sim0.361 \mu\text{g}/\mu\text{L}$
n-ブチルアルデヒド-DNPH	$0.340\sim0.361 \mu\text{g}/\mu\text{L}$
イソバニルアルデヒド-DNPH	$0.300\sim0.318 \mu\text{g}/\mu\text{L}$
n-バニルアルデヒド-DNPH	$0.300\sim0.318 \mu\text{g}/\mu\text{L}$