Code No. 01-1545

製品規格書

6種アルデヒド-DNPH混合標準液 (各0.1μgアルデヒド/μL アセトニトリル溶液)

悪臭物質試験(HPLC)用

試　験　項　目	規　格　値
外観	黄色澄明の液体
実用試験	試験適合
ホルムアルデヒド-DNPH	0.665～0.735μg/μL
アセトアルデヒド-DNPH	0.483～0.535μg/μL
プロピオンアルデヒド-DNPH	0.389～0.431μg/μL
イソブチルアルデヒド-DNPH	0.332～0.368μg/μL
イソバレルアルデヒド-DNPH	0.293～0.325μg/μL
n-バレルアルデヒド-DNPH	0.293～0.325μg/μL

改訂日: 2022.04.19