

Code No. 01-1545

製品規格書

6種アルデヒド-DNPH混合標準液 (各0.1 μg アルデヒド/ μL アセトニトリル溶液)

悪臭物質試験(HPLC)用

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
実用試験	試験適合
ホルムアルデヒド-DNPH	0.665~0.735 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
アセトアルデヒド-DNPH	0.483~0.535 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
プロピオンアルデヒド-DNPH	0.389~0.431 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
イソブチルアルデヒド-DNPH	0.332~0.368 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
イソバレルアルデヒド-DNPH	0.293~0.325 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$
n-バレルアルデヒド-DNPH	0.293~0.325 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$