

Code No. 01-1546

製品規格書

アンモニウムイオン標準液 (NH_4^+ 1000)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
他の陽イオン	試験適合
酸濃度(HNO_3)	0.018~0.022mol/L
濃度(20°C)	980~1020mg/L