

Code No. 01-1550

製品規格書

ひ素標準液 (As 100)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	3～6
濃度(20℃)	98.0～102.0mg/L