

Code No. 01-1828

製品規格書

アンチモン標準液 (Sb 100)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HCl)	2.5~3.5mol/L
濃度(20℃)	98.0~102.0mg/L