

Code No. 01-1898

## 製品規格書

### DL-アルギニン塩酸塩一水和物

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]D20(c=8, HCl)$	$0\pm0.3^\circ$
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量	98.5%以上