

Code No. 01-1909

## 製品規格書

アセトン

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.789~0.792g/mL
屈折率20℃	1.358~1.360
吸光度(330nm)	0.80以下
吸光度(340nm)	0.07以下
吸光度(350~400nm)	0.01以下
水分	0.2%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.9%以上