

Code No. 01-1910

製品規格書

アセトニトリル

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.780~0.782g/ml
屈折率20℃	1.343~1.346
吸光度	200nm:0.05以下210nm:0.03以下 220nm:0.02以下225~400nm:0.01以下
水分	0.01%以下
蛍光試験	試験適合
含量(毛管カラムGC)	99.8%以上