

Code No. 01-1911

製品規格書

酢酸

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
吸光度(1→4, 250nm)	0.50以下
吸光度(1→4, 254nm)	0.10以下
吸光度(1→4, 260nm)	0.02以下
吸光度(1→4, 270nm)	0.005以下
吸光度(1→4, 300~400nm)	0.003以下
水分	0.3%以下
蛍光試験	試験適合
含量(HPLC)	99.5%以上