

Code No. 01-1920

製品規格書

アセトン (残留農薬・PCB試験用)

濃縮5000

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
* 残留農薬試験適合性(GC-FPD)	試験適合
純度(CH ₃ COCH ₃)(GC)	面積分率99.5%以上
密度(20℃)	0.789~0.792g/mL
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率2ppm以下
残留農薬・PCB試験適合性	試験適合

JIS K 8040:2020(*:当社追加項目)