

Code No. 01-2008

製品規格書

アンモニア標準液II (100 $\mu\text{L}/\text{mL}$ 水溶液)

悪臭物質試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度	98~102 $\mu\text{L}/\text{mL}$