

Code No. 01-2103

製品規格書

1mol/L ぎ酸アンモニウム溶液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(240nm)	0.40以下
吸光度(254nm)	0.03以下
吸光度(270~400nm)	0.01以下
pH(25°C)	6.3~6.7
蛍光試験	試験適合
濃度(20°C)	0.95~1.05mol/L