

Code No. 01-2105

製品規格書

1mol/lりん酸二水素アンモニウム溶液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(220nm)	0.10以下
吸光度(230nm)	0.08以下
吸光度(240nm)	0.06以下
吸光度(254~400nm)	0.05以下
pH(25°C)	3.8~4.2
蛍光試験	試験適合
濃度(20°C)	0.95~1.05mol/l