

Code No. 01-2354

製品規格書

アトラクチロジン標準溶液

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	1.94～2.06mg/L