

Code No. 01-2389

製品規格書

アムホテリシンB懸濁液

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	黄色の懸濁液
pH	7.0～9.0
浸透圧	100mOsm/kg以下
エンドトキシン	0.1EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合