

Code No. 01-2391

製品規格書

アルミニウム標準原液(AI 1000)

局方一般試験法用

試験項目	規格値
外観 濃度(20℃)	無色澄明の液体 970~1030mg/L