Code No. 01-2401

製品規格書

陰イオン混合標準液1

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
ふっ化物イオン(F-)(20℃)	19.0~21.0mg/l
塩化物イオン(CI-)(20℃)	19.0~21.0mg/l
亜硝酸イオン(NO2-)(20℃)	95~105mg/l
臭化物イオン(Br-)(20℃)	95~105mg/l
硝酸イオン(NO3-)(20℃)	95~105mg/l
りん酸イオン(PO43-)(20℃)	190~210mg/l
硫酸イオン(SO42-)(20℃)	95~105mg/l

(1 /1) 制定日: 2013.03.25