

Code No. 01-2785

製品規格書

APDSタグRワコー用アミノ酸混合標準液No.1

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	実測値報告
実用試験	試験適合
L-アスパラギン酸	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
L-グルタミン酸	0.900~1.100 $\mu\text{mol/mL}$
サルコシン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
L-シトルリン	0.900~1.100 $\mu\text{mol/mL}$
DL-2-アミノ酪酸	0.4500~0.5500 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスチン	0.900~1.100 $\mu\text{mol/mL}$
L-メチオニン	0.900~1.100 $\mu\text{mol/mL}$
DL-3-アミノイソ酪酸	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
4-アミノ酪酸	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
2-アミノエタノール	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
5-ヒドロキシ-DL-リシン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
1-メチル-L-ヒスチジン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
3-メチル-L-ヒスチジン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
L-アンセリン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
L-カルノシン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$
L-ヒドロキシプロリン	0.1800~0.2200 $\mu\text{mol/mL}$