

Code No. 01-2786

## 製品規格書

### APDSタグRワコー用アミノ酸混合標準液No.2

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20°C)	実測値報告
実用試験	試験適合
タウリン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-トレオニン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-セリン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
グリシン	9.00～11.00 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-アラニン	9.00～11.00 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-バリン	9.00～11.00 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-イソロイシン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-ロイシン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-チロシン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-フェニルアラニン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-オルニチン	2.250～2.750 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-リシン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-ヒスチジン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-アルギニン	2.250～2.750 $\mu\text{mol}/\text{mL}$
L-プロリン	4.500～5.500 $\mu\text{mol}/\text{mL}$