

Code No. 01-2787

製品規格書

アミノ酸混合標準液, B型

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	実測値報告
実用試験	試験適合
4-アミノ酪酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
2-アミノエタノール	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
塩化アンモニウム	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
5-ヒドロキシ-DL-リシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-オルニチン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-リシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
1-メチル-L-ヒスチジン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-ヒスチジン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
3-メチル-L-ヒスチジン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-アンセリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-カルノシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-アルギニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$