

Code No. 01-2802

製品規格書

陰イオン5種混合標準液

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
ふっ化物イオン(F ⁻)(20℃)	95.0～105.0mg/L
塩化物イオン(Cl ⁻)(20℃)	190.0～210.0mg/L
亜硝酸性窒素(Nとして)(20℃)	9.5～10.5mg/L
塩素酸イオン(ClO ₃ ⁻)(20℃)	95.0～105.0mg/L
硝酸性窒素(Nとして)(20℃)	95.0～105.0mg/L