

Code No. 02-0006

## 製品規格書

### 酢酸バリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度[Ba(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> ]	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	7.4～8.5
塩化物(Cl)	質量分率5ppm以下
酸化性物質(NO <sub>3</sub> として)	質量分率0.005%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.05%以下
ストロンチウム(Sr)	質量分率0.1%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8376 : 2019(\*:当社追加項目)