

Code No. 02-0011

製品規格書

炭酸バリウム

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
希塩酸溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.001%以下
硝酸塩(NO ₃)	0.005%以下
硫化物(S)	0.001%以下
ナトリウム(Na)	0.01%以下
カリウム(K)	0.01%以下
カルシウム(Ca)	0.01%以下
ストロンチウム(Sr)	0.5%以下
鉛(Pb)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
水酸化バリウム[Ba(OH) ₂]	0.02%以下
含量	99.0%以上