

Code No. 02-0024

## 製品規格書

### 水酸化バリウム八水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度[Ba(OH) <sub>2</sub> ·8H <sub>2</sub> O]	質量分率98.0%以上
炭酸バリウム(BaCO <sub>3</sub> )	質量分率1.0%以下
希塩酸溶状	試験適合
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫化物(S)	質量分率5ppm以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
カリウム(K)	質量分率0.002%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.01%以下
ストロンチウム(Sr)	質量分率0.3%以下
鉛(Pb)	質量分率2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下

JIS K 8577:2007 (\*:当社追加項目)