

Code No. 02-0319

## 製品規格書

標準緩衝液(中性りん酸塩pH標準液) pH6.86(25°C)

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(25°C)	6.845~6.875