

Code No. 02-0546

## 製品規格書

### 10%塩化ベンザルコニウム溶液

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
吸光度(1→100, $\lambda$ max)	1.00～1.10
濃度	9.5～10.5%