

Code No. 02-0631

製品規格書

1-クロロブタン

アミノ酸配列分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(230nm)	0.25以下
吸光度(240nm)	0.05以下
吸光度(254nm)	0.02以下
吸光度(260~400nm)	0.01以下
過酸化物	試験適合
トレンス陽性物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上