

Code No. 02-0707

製品規格書

牛血液、凍結乾燥品

精度管理用

試験項目	規格値
外観	暗赤褐色の粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	5.0%以下
実用試験	試験適合
含量(ヘモグロビンとして)	50.0%以上