

Code No. 02-0744

製品規格書

1-ブロモナフタレン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～暗褐色、澄明の液体
密度(20°C)	1.480～1.490g/mL
屈折率20°C	1.655～1.663
水分	0.05%以下
酸(HBrとして)	0.1%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上