

Code No. 02-0747

## 製品規格書

### ブロモホルム標準液(1mg/mlメタノール溶液)

トリハロメタン測定用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.97~1.03mg/ml