

Code No. 02-0798

## 製品規格書

### γ-ブチロラクトン

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	1.128～1.135g/ml
屈折率20℃	1.434～1.438
水分	0.3%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.02%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上