

Code No. 02-1141

## 製品規格書

### 0.1w/v%ブロモフェノールブルー・エタノール(50)溶液

中和滴定用

試験項目	規格値
外観	赤褐色透明の液体
吸収極大波長(pH5.0)	590～593nm
吸光度(1→200, pH5.0, $\lambda$ max)	0.35～0.55
変色範囲(pH)	(黄色)3.0～4.6(青紫)