

Code No. 02-1204

製品規格書

p-ブロモフルオロベンゼン標準液(1mg/mlメタノール溶液)

水質試験用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.98~1.02mg/ml