

Code No. 02-1266

製品規格書

ビスマス標準液 (Bi 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.4~0.6mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L